

MedlinketディスプレイEEGセンサ



術中の鎮静状態を数値化

「安心」「低価格」「高精度」なEEGセンサ

各種安全性試験をクリア

IEC 60601-1:2005+A1:2012 電気機器の基本的性能と安全性規格

ISO T10993-5:2009

細胞毒性試験

ISO T10993-10:2010

皮膚感作性試験

販売名 : MedlinketディスプレイEEGセンサ

一般的名称 : 頭皮脳波用電極

JMDNコード : 11440001

入数 : 10個入/箱



◆品番

・成人用

B-BIS-4A

・小児用

B-BIS-4P

・エントロピー用

B-BIS-3A-01

KYOTO MEDICAL PLANNING

製造販売元 :

〒607-8035 京都市山科区四ノ宮神田町4 古橋山科ビル

株式会社京都医療設計

電話 : 075-582-9580

製造元 : Shenzhen Med-link Electronics Tech CO., LTD. (中国)